



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЛЕКТСЕРВИС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 125413, улица Солнечногорская, дом 4, строение 10, Мансарда, основной государственный регистрационный номер: 1027739101004, номер телефона: +74959871892, адрес электронной почты: info@csmedica.ru

в лице Исполнительного директора Крикунчика Максима Борисовича, действующего на основании доверенности № 77АВ 7320858 от 29.03.2018

заявляет, что Оборудование медицинское: Ингалятор компрессорный OMRON NE-C300 Complete (NE-C300-RU)

изготовитель ЗА HEALTH CARE S.r.l. , Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Marziale Cerutti, 90F/G 25017, Lonato del Garda (BS), Италия.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/ЕС об электромагнитной совместимости..

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9019200000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № РТ012Е-00123 от 21.01.2019 года, выданного ИЛ "ЦНИПТ", аттестат аккредитации ESTD.L.012.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 30324.1.2-2012 (IEC 60601-1-2:2001) «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний», разделы 3 и 36; ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний», разделы 5 и 7 ; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний», раздел 5. Условия и срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации..

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.01.2024 включительно



Крикунчик Максим Борисович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ИТ.АЖ17.В.05108/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.01.2019